



Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

№ 91

от «31» октября 2014 года

Территориальным органом Росздравнадзора по Мурманской области на основании приказа от «14» октября 2014 г. № 301 проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 29 пристома и оздоровления (МБ ДОУ № 29).

В ходе контрольно-надзорных мероприятий были выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение пункта 2 части 3 статьи 8 Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и пункта 5, пп. «в» пункта 4 постановления Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» **выявлено отсутствие руководителя структурного подразделения, ответственного за осуществление медицинской деятельности, имеющего высшее медицинское образование, послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование, предусмотренное квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, сертификат специалиста, а также дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье».**

2. Информированное добровольное согласие оформляется не по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1177н "Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства".

3. Выявлены замечания по оформлению раздела № 11 «Скрининг-программа» медицинских карт (форма №026/у-2000).

4. В нарушение статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

- выявлены нарушения ведения журнала технического обслуживания;
- не представлены акты проверки технического состояния медицинского оборудования с истекшим нормативным сроком эксплуатации;
- выявлено отсутствие инвентарного номера на рециркуляторе УФ бактерицидном двухламповом РБ-06 «Я-ФП»;
- выявлено нарушение ведения журналов учета наработки часов медицинской техники, в случаях, предусмотренных эксплуатационной документацией (облучателей).

С целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

1. Обеспечить исполнение лицензионного требования, предъявляемого к лицензиату, осуществляющему медицинскую деятельность, изложенного в пункте 5, пп. «в» пункта 4 постановления Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими

организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»»).

Срок: до 01 апреля 2015 г.

2. Информированное добровольное согласие оформлять по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1177н "Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства".

Срок: со дня предписания.

3. Усилить внутренний контроль по качеству оформления медицинских карт.

Срок: со дня предписания.

4. Журнал технического обслуживания привести в соответствие с требованиями по его заполнению. Составить акты проверки технического состояния медицинского оборудования с истекшим нормативным сроком эксплуатации. Проставить инвентарные номера. Представить документы, подтверждающие учет наработки часов медицинской техники, в случаях, предусмотренных эксплуатационной документацией (на облучатели в 1 и 5 группах).

Срок: до 29 ноября 2014 г.

Ответственность за выполнение мероприятий на заведующего МБДОУ № 29 – Лавриненко Инну Владимировну

(должность, фамилия, имя, отчество ответственного лица)

Документально подтвержденную информацию по результатам проведенных мероприятий по пп. 1-4 Предписания представить в Территориальный орган Росздравнадзора по Мурманской области в указанные сроки.

Должностное лицо Территориального органа Росздравнадзора по Мурманской области

(подпись)

Н.В. Орловская
(Ф.И.О.)

Предписание получила – заведующий МБДОУ № 29 Лавриненко Инна Владимировна

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)